

汕尾质计所冷水水表计量器具强制检定数据集

序号	送检单位	生产厂家	型号	准确度	出厂编号	流量点															检定 温度	湿度	外观	密封性 试验	检定结论	检定日期
						初值	末值	△V	示值	误差	初值	末值	△V	示值	误差	初值	末值	△V	示值	误差						
1	*	宁波XX水表有限公司	LXSY-15E1	2级	202412711147	176.32	277.47	101.15	100.82	+ 0.3	277.47	282.53	5.06	5.041	+ 0.4	282.53	285.57	3.04	3.033	+ 0.2	25.2℃	62%RH	合格	合格	2级合格	2025-06-06
2	*	宁波XX水表有限公司	LXSY-15E1	2级	202412711116	216.25	316.69	100.44	100.82	- 0.4	316.69	321.75	5.06	5.041	+ 0.4	321.75	324.83	3.08	3.033	+ 1.5	25.2℃	62%RH	合格	合格	2级合格	2025-06-06
3	*	宁波XX水表有限公司	LXSY-15E1	2级	202412711168	164.72	266.22	101.50	100.82	+ 0.7	266.22	271.30	5.08	5.041	+ 0.8	271.30	274.36	3.06	3.033	+ 0.9	25.2℃	62%RH	合格	合格	2级合格	2025-06-06