

公示数据

患者标识	年龄	性别	诊断	病区	放射治疗技术	计划系统	治疗设备	剂量(cGy)	分次	放射治疗计划起始角度	准直器角度	能量	MU	QA通过率	验证设备	计划待核查日期	QA报告时间
P_001	60	女	C53 宫颈恶性肿瘤	妇科肿瘤病房	VMAT	Monaco	加速器一【4103】	5000 5500	25 25	180.0- 180.0	0.0	6MV	MU: 967.6	99.4	ArcCheck	2024/12/31 17:54:28	2024/12/31 19:04:16
P_002	53	女	C53 宫颈恶性肿瘤	妇科肿瘤病房	VMAT	Monaco	加速器三【6995】	4800	24	180.0- 180.0	0.0	6MV	MU: 1088.2	99.47	Raydose	2024/12/31 17:48:49	2024/12/31 21:09:56
P_003	42	女	C50.4 乳房上外象限恶性肿瘤	乳腺食管病房	VMAT	Pinnacle	加速器一【4103】	5000	25	200.0- 65.0; 65.0-2 00.0	15.0 15.0	6MV 6MV	MU: 391.8 MU: 339.2	95.5	ArcCheck	2024/12/31 17:27:27	2024/12/31 19:08:08