

出厂编号	五组收缩压150	收缩压重复性	五组舒张压100	舒张压重复性	两组静态压力285	静态压力285示值误差	两组静态压力240	静态压力240示值误差	两组静态压力180	静态压力180示值误差	两组静态压力120	静态压力120示值误差
***** ***** *****	151, 153, 150, 151, 151 151, 149, 151, 151, 151 150, 148, 150, 148, 150	1.29 0.86 0.86	106, 104, 108, 104, 106 102, 103, 102, 103, 102 99, 99, 99, 99, 99	1.72 0.43 0	284, 285 285, 285 285, 285	-1 0 0	240, 242 240, 240 240, 240	2 0 0	182, 182 180, 181 181, 180	2 1 1	119, 119 120, 120 121, 121	1 0 1



两组静态压力60	静态压力60示值误差	检定温度_℃	湿度	测量稳定性判定	超限点数	静态压力离群度评分	综合性能评分	综合性能等级	温湿度影响程度标识
60, 60	0	22	57	受控	0	0	0	C级(一般)	无明显影响
61, 61	1	22	57	受控	0	0	42.98358263	A级(优质)	无明显影响
58, 58	-2	22	57	受控	0	0	14.58737626	B级(良好)	无明显影响

