设备记录 ID 设备序列号 设备类型 采集时间 电感测量值 电阻测量值 耐压测量值 漏电流值 设备供电电压 设备内部温度 单次检测时长 检测结果 最近校准日期 设备健康度评分 检测异常等级 校准紧急程度 测量精度偏差率

DEV-REC-0001 设备序列号 67 耐压仪 2025-01-01 05:38:14 2897.3792 60514.016 3310.22 7.526 104.2 21.9 2088 无效 2025-05-29 64.46 轻度异常 尽快校准 0.605382

DEV-REC-0002 设备序列号 53 电感仪 2025-01-01 11:33:55 4602.5677 29277.962 2472.14 35.744 133.2 38.4 2132 合格 2025-09-14 71.71 中度异常 立即校准 0.687163

DEV-REC-0003 设备序列号 37 电阻仪 2025-01-01 20:51:45 4183.5939 23989.565 2736.7 50.261 126.1 30.9 2034 无效 2025-07-23 65.6 正常 尽快校准 0.706092